



Fecha de emisión: jueves 24 de agosto de 2023.

Informe de Evaluación de la Conformidad

Evaluación de la conformidad de un sistema de control a distancia y/o interfaz de comunicación, que se conecta a un sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, conforme a la evaluación parcial de las especificaciones que se establecen en la **Norma Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2017**, programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos- especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

Datos de la empresa:		
Empresa solicitante: Domicilio:	Pegasus Control S.A. de C.V. Paseo del Norte 5600 Fraccionamiento Guadalajara Technology Park Zapopan, Jalisco. C.P. 45010	
Período o fecha de evaluación:	12 de junio de 2023 – 21 de agosto de 2023.	
Domicilio de la evaluación:	Documental:	Especificaciones Metroológicas o de Software:
Lugar: Calle y número: Colonia: Ciudad o municipio: Estado y país: Código postal:	Centro Nacional de Metrología km 4.5 carretera a Los Cués El Marqués Querétaro, México. 76246	Centro Nacional de Metrología km 4.5 carretera a Los Cués El Marqués Querétaro, México. 76246
Datos del modelo o prototipo del Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos:		
Marca:	Pegasus Control	
Familia:	Bajo Flujo	Alto Flujo
Modelo:	Arion1 X3 BF	Arion1 X3 AF
Versión de software:	Maestro: 2.2 Esclavo: 2.2	
Combustible:	Gasolina y Diésel	Diésel
Caudal de Operación:	Mínimo: 15 L/min	Mínimo: 20 L/min
	Máximo: 60 L/min	Máximo: 90 L/min
País de origen:	México	
Combustible de Operación:	Gasolina y/o Diésel	
Resultado de la evaluación de la conformidad:		
CONFORME		
Incisos de la norma:	Evaluó:	Autorizó:
5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.2.13, 5.1.3, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.8, 5.4, 5.4.4, 5.5, 5.5.7, 5.6, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.7, 5.7.5, 5.8, 5.8.8, 5.9, 5.9.7, 5.10, 5.10.1, 5.10.1.2, 5.10.2, 5.11, 5.12, 5.12.2, 5.13, 5.13.1, 5.13.2, 5.14, 5.14.5, 5.14.6, 5.15, 5.15.1, 5.16, 5.16.1, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.20.4, 5.21, 5.21.6, 5.21.7, 5.22, 5.22.2, 5.23, 5.23.2, 5.23.3, 5.23.4, 5.24, 7.2.5.2.	 <hr/> Andrés Beltrán Romero	 <hr/> Juan Carlos Hernandez Zuñiga